

OZON CONTROLE CERTIFICAAT

KLANT: Progenion

MODEL: Type PR-369R

SERIENUMMER: nvt

Hiermee bevestigen wij dat het instrument gecontroleerd hebben volgens onze standaard procedure.

De gemeten data worden bij ons met serienummer, klantnaam en datum opgeslagen.

Gemeten door: Mike Bouwman

Datum: 11-06-2020

Stand low/med en high op 30 cm van het midden van het lamellenfront

0.001 ppm -----5 min
0.000 ppm-----10 min
0.001 ppm -----15 min
0.000 ppm -----20 min
0.001 ppm -----25 min
0.000 ppm -----30 min

Stand High, op 3-5 cm van midden van het lamellenfront

0.009 ppm-----5 min
0.013 ppm-----10 min
0.022 ppm-----15 min
0.038 ppm-----20 min
0.025 ppm-----25min
0.026 ppm-----30min

De low en med stand hiervan geven waarden tussen de 0.000 en 0.005 ppm.